

水 平 鏡	動 鏡	区 分
○・五以下		平行度 (秒)
検査品を通じてコリメーターの像を三〇倍の 望遠鏡で検査し鮮明と認められる程度		平 面 度
中央から一側は裏面に銀めつきを施し他の側 は透明とする。	裏面に銀めつきを施す。	備 考